


HOMEDICS®

Deluxe Pulse Oximeter

ABOUT PULSE OXIMETERS

This pulse oximeter uses Optimetrix™ technology, which utilizes revolutionary optical sensor technology to measure both blood oxygen saturation (SpO₂%) levels and pulse rate. By placing the finger into the sleeve and one-touch of a button, this device will send both red and infrared lights into the skin to collect data and display your blood oxygen and pulse rate.

NAME/FUNCTION OF EACH PART



Other Accessories Included:

- 1 "½ AA" Lithium Battery (included in the unit)
- Storage Pouch
- Lanyard

Note: When changing the orientation of the screen, the pulse rate will be shown on the top near the blinking Pulse Rate Icon, and the blood oxygen level will be shown on the bottom of the LCD display.

DISPLAY EXPLANATIONS

	Sensor Off Indicator: Appears when the finger has been removed from the finger sleeve.
	Weak Battery Symbol: Flashes when battery should be replaced.
	Pulse Rate: Shows the pulse rate per minute.
	SpO₂ Indicator: Shows the blood oxygen saturation level value on a scale of 70 to 99%.
	Calculating: Device is calculating blood oxygen saturation (SpO ₂ %).

REPLACING BATTERY

1. The battery compartment is located on the top of the unit. Remove battery cover by pressing down and sliding the battery cover off. (fig. 1)
2. Install or replace the battery according to the polarity indicator located inside the compartment. Use only 3.6V "½ AA" sized Lithium batteries. (fig. 2)
3. Replace the battery cover by inserting it back into place. (fig. 3)

Replace the batteries if:

- The weak battery symbol appears on the display.
- Nothing appears on the display after the finger is inserted into the sleeve and the button is pressed.

Note: Batteries are hazardous waste. Do not dispose of them together with the household garbage.



MEASUREMENT PROCEDURE

If you are using this pulse oximeter for the first time, please remove the protective film from the screen and remove the pull tab from the battery door.

1. Hold the pulse oximeter so that the picture of the finger nail on the finger sleeve is facing up.
2. Gently place any finger into the finger sleeve as shown in the diagram (fig. A). Slightly press on the sides of the finger sleeve to ease the finger inside.
3. Turn the hand over so that the LCD screen is now facing you and your finger is now facing up (fig. B).
4. Push the **Multi-directional button** to initiate readings (fig. C).
5. Continue to vertically hold the pulse oximeter to enable readings
6. To change the direction of the LCD screen display by 180°, press the **Multi-directional button** for up to two (2) seconds.

Note:

- Signal strength should be greater than one bar to indicate a proper reading (fig. D).
- In the event of weak signal strength, please switch fingers and/or hand and try again.
- For greatest accuracy, limit hand motion during measurement.
- When the finger is removed, the pulse oximeter will turn off after 10 seconds.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D

CARE, MAINTENANCE & CLEANING

- Use a cotton swab with isopropyl alcohol solution (70%) to clean the inside of the finger sleeve or the outside of the unit.
- **DO NOT** use any other liquid or sprays on the oximeter for cleaning purposes.
- Under normal usage conditions, this device does not require calibration or technical maintenance other than infrequent replacement of the battery.
- Leaky batteries can damage the unit. Remove the battery when the unit will not be used for a long time.
- This product should only be used on the fingers.
- **DO NOT** disassemble this device. If in need of repair, refer to the warranty section of this manual.
- **DO NOT** use the product if the finger sleeve changes color or is no longer able to secure on finger.
- **DO NOT** subject this device to extreme shocks (do not drop on floor).
- **DO NOT** drop or insert any object into any opening.
- **DO NOT** immerse the unit in water as this will result in damage to the unit.
- **DO NOT** subject this device to extreme temperatures, humidity, moisture, or direct sunlight. Protect from dust.
- If the unit is stored near freezing, allow it to acclimate to room temperature before use.
- This monitor may not meet its performance specifications if stored or used outside of these temperature and humidity ranges:

Storage Environment Temperature	Operation Environment Temperature
-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)	39°F ~ 107°F (4°C ~ 42°C)
Humidity: Less than 95% non-condensing	Humidity: Less than 95% non-condensing

IMPORTANT PRODUCT NOTICES AND SAFETY INSTRUCTIONS

- Although the readings from this device are for reference only, the Mayo Clinic (<http://mayoclinic.com/health/hypoxemia/MY00219>) suggests that normal readings are between 95 to 100% under most circumstances. Readings under 90% are considered low.
- This is a home healthcare product only and is solely intended for sports and recreational use. It is not intended to serve as a substitute for the advice of a physician or medical professional.
- The readings from this pulse oximeter are for reference only. Consult a healthcare professional for interpretation of your pulse oximeter measurements. Contact a physician if you have or suspect any medical problem. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.
- The pulse display is not suitable for checking the frequency of pacemakers.
- Use the pulse oximeter only for its intended use.
- Please keep this device away from children. Small parts such as battery and battery door could be hazardous if swallowed.
- The lanyard could cause strangulation in conditions when twisted around the neck.
- This pulse oximeter should not be used where alarms are required when taking measurements.
- For greatest accuracy, wait 10 minutes after exercising, bathing, eating, drinking beverages with alcohol or caffeine, or smoking to measure blood oxygen level.
- Use only 3.6V "½ AA" Lithium battery for power supply.
- If there is any damage to the product, including blurring of the LCD display, please contact HoMedics Consumer Relations at 1-800-466-3342.
- Do not use cellular phones or other radio frequency producing devices near the working device as it may interfere with proper operation of the pulse oximeter.
- Not for use by or on persons under the age of 18 years old.

TROUBLESHOOTING

If any abnormality arises during use, please check the following points:

SYMPTOMS	POSSIBLE CAUSES	CORRECTION
Pulse Rate or SpO ₂ is not appearing.	Position of the finger is not correct.	Reposition the finger into the correct position and measure again.
The pulse oximeter will not power on.	Battery has run down.	Replace the battery with a single 3.6V "½ AA" Lithium battery.
Screen orientation is upside down.	Viewing angle needs to be adjusted.	Press the Multi-directional button for up to 2 seconds and the screen will rotate 180°.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Effective Measuring Range	
Saturation	70 to 99%
Pulse Rate	40 to 250 bpm
Resolution	1 digit
Accuracy	
Saturation (70%-99%)	±2% or ±2 digits
Pulse Rate	±3% or ±3 digits
Display	
Saturation	2 characters
Pulse Rate	3 characters
Signal Indications:	Flashing Heart Icon, Sensor 'Off' and Signal intensity strength, battery indication - near empty
Power Requirements	3.6V "½ AA" size Lithium battery
Battery life	up to 300 Hours
Type BF Applied Part	Spot Measurement No alarms

For service or repair, do not return this unit to the retailer. Contact HoMedics Consumer Relations at:

Email: cservice@homedics.com

Phone: 1-800-466-3342
Business Hours: 8:30am-7pm ET
Monday-Friday

Distributed by
HOMEDICS®

HoMedics, LLC
3000 N Pontiac Trail
Commerce
Township, MI
48390

Printed in China

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of two years from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, contact a Consumer Relations Representative by telephone at 1-800-466-3342 for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchaser, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; replacement batteries or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com.

©2018 HoMedics, LLC. All Rights Reserved.
HoMedics is a registered trademark of HoMedics, LLC.
Pulse Oximeter - PX-130
IB-PX130
Part# 90380000
Cat# 10387901


HOMEDICS®

Oxymètre de pouls de luxe

AU SUJET DES OXYMÈTRE DE POULS

Ce oxymètre de pouls est muni de la technologie Optimetrix™, laquelle utilise un capteur optique révolutionnaire pour mesurer la saturation en oxygène de l'hémoglobine (SpO2 %) et la fréquence du pouls. L'utilisateur n'a qu'à placer le doigt dans le capteur et appuyer sur un seul bouton pour que l'appareil envoie des rayons rouges et infrarouges sur la peau afin de recueillir des données sur la saturation en oxygène de l'hémoglobine et la fréquence du pouls.

NOM/FONCTION DE CHAQUE COMPOSANTE



Autres accessoires :

- 1 pile « AA 1/2 » au lithium (incluse dans l'appareil)
- Sac de rangement
- Cordon

Remarque: Si l'orientation de l'écran est modifiée, le pouls sera affiché en haut de l'écran, près de l'icône de pouls, et le niveau d'oxygène dans le sang sera affiché au bas de l'écran ACL.

Explication de l'affichage

	Indicateur de non-détection : apparaît lorsque le doigt a été enlevé du capteur.
	Symbole de piles faibles : apparaît lorsque la pile doit être remplacée.
	Pouls : affiche la fréquence du pouls à la minute.
SpO₂	Indicateur de SpO₂ : indique la valeur du niveau de la saturation en oxygène du sang sur une échelle de 70 % à 99 %.
-- --	Calcul : l'appareil mesure le taux de saturation en oxygène de l'hémoglobine (SpO ₂ %).

REMPACEMENT DE LA PILE

1. Le compartiment à pile se trouve au-dessus de l'appareil. Enlevez le couvercle du compartiment à pile en appuyant sur celui-ci tout en le faisant glisser. (Fig. 1)
2. Installez ou remplacez la pile selon l'orientation des polarités, comme indiqué dans le compartiment. Utilisez uniquement une pile AA au lithium de 3,6 V. (Fig. 2)
3. Remplacez le couvercle du compartiment à pile. (Fig. 3)

Remplacez la pile si :

- Le symbole de piles faibles apparaît à l'écran.
- L'écran n'affiche rien lorsque vous placez un doigt dans le capteur et appuyez sur un bouton.

Remarque : Les piles sont des déchets dangereux. Ne les jetez pas dans les déchets ménagers.



PROCÉDURE DE LA MESURE

Si vous utilisez ce oxymètre de pouls pour la première fois, veuillez retirer la languette qui se trouve dans le compartiment à pile.

1. Tenez le oxymètre de pouls de manière à orienter l'image de l'ongle dessinée sur le capteur vers le haut.
2. Placez délicatement n'importe quel doigt dans le capteur, comme illustré dans le diagramme (Fig. A). Appuyez légèrement sur les côtés du capteur pour faciliter l'insertion du doigt.
3. Tournez la main afin d'orienter l'écran ACL vers vous, et de manière à ce que le doigt pointe vers le haut (Fig. B).
4. Appuyez sur le **bouton multidirectionnel** pour lancer la mesure (Fig. C).
5. Maintenez l'appareil à la verticale pendant la mesure.
6. Pour modifier l'orientation de l'affichage ACL de 180°, appuyez sur le **bouton multidirectionnel** pendant deux (2) secondes.

Remarque :

- L'indicateur de puissance du signal doit afficher plus d'une barre pour obtenir une mesure précise (Fig. D).
- En présence d'un signal faible, veuillez changer de doigt ou de main, et essayer de nouveau.
- Pour obtenir la plus grande précision possible, limitez les mouvements de la main pendant la mesure.
- Lorsque vous retirez le doigt, l'oxymètre de pouls s'éteindra automatiquement après 10 secondes.



Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D

NOTES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AU SUJET DE L'APPAREIL

- Cet appareil est conçu pour des soins de santé à domicile seulement. Il n'est pas conçu pour le milieu sportif ou récréatif. Il n'est pas conçu pour remplacer l'avis d'un médecin ou d'un professionnel de la santé.
- Les mesures de ce oxymètre de pouls sont à titre de référence seulement. Consultez un professionnel de la santé pour l'interprétation de vos mesures prises avec le oxymètre de pouls. Communiquez avec un médecin si vous avez des problèmes de santé, ou si vous avez un doute sur votre santé. Ne modifiez pas votre médication sans d'abord consulter votre médecin ou professionnel de la santé.
- Le calcul de la fréquence du pouls ne convient pas à la mesure de la fréquence d'un stimulateur cardiaque.
- Utilisez le oxymètre de pouls uniquement pour les fonctions qui lui sont attribuées.
- Veuillez garder cet appareil hors de la portée des enfants. Les petites composantes, par exemple la pile et le couvercle du compartiment à pile, peuvent constituer un danger d'étouffement.
- Le cordon peut entraîner un étranglement s'il est placé autour du cou.
- Le oxymètre de pouls ne doit pas être utilisé lorsque les mesures doivent être accompagnées d'un signal d'alarme.
- Pour une précision accrue, attendez 10 minutes avant d'effectuer une mesure si vous avez fait de l'exercice, mangé, bu une boisson alcoolisée ou du café, ou fumé.
- Utilisez uniquement une pile « AA 1/2 » au lithium pour alimenter l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé, y compris une image floue à l'écran ACL, veuillez contacter le service à la clientèle HoMedics au 1-888-225-7378.
- N'utilisez pas de téléphone cellulaire ou tout autre appareil émetteur de fréquence radio près du oxymètre de pouls lorsqu'il est en marche, au risque de causer de l'interférence et fausser les mesures.
- Ce produit ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans.

ENTRETIEN, RÉPARATION ET NETTOYAGE

- Utilisez un coton-tige et une solution d'alcool isopropylique (70 %) pour nettoyer l'intérieur du capteur ou la surface extérieure de l'appareil.
- N'UTILISEZ PAS un autre type de liquide ou vaporisateur sur le oxymètre de pouls pour le nettoyer.
- Dans des conditions normales d'utilisation, cet appareil ne nécessite aucune calibration ou maintenance technique autre que le remplacement occasionnel de la pile.
- Une fuite de la pile peut endommager l'appareil. Retirez la pile si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement sur les doigts.
- NE DÉSASSEMBLEZ PAS cet appareil. Si l'appareil doit être réparé, consultez la section sur la garantie du présent manuel.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si le capteur a changé de couleur ou ne se fixe plus adéquatement au doigt.
- ÉVITEZ TOUT choc extrême à l'appareil (ne l'échappez pas sur le sol).
- N'INSÉREZ AUCUN OBJET dans les ouvertures.
- N'IMMERGEZ PAS l'appareil dans l'eau. Ceci l'endommagera.
- ÉVITEZ d'exposer l'appareil à des températures ou des taux d'humidité extrêmes, ou directement aux rayons du soleil. Protégez l'appareil de la poussière.
- Si l'appareil était rangé dans un endroit dont la température était près du point de congélation, attendez que l'appareil reprenne la température ambiante avant de l'utiliser.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner normalement s'il est rangé ou utilisé dans un environnement qui n'est pas compris dans l'échelle suivante :

Température de rangement	Température de rangement
-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
Humidité : moins de 95 % sans condensation	Humidité : moins de 95 % sans condensation

DÉPANNAGE

Si une anomalie survient lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez vérifier les points suivants :

SIGNES	CAUSES POSSIBLES	CORRECTION
La fréquence du pouls ou le SpO ₂ n'apparaît pas.	Le doigt est mal positionné	Remplacez le doigt dans le capteur correctement et prenez une nouvelle mesure.
Le sphygmoxymètre ne se met pas en marche.	La pile est à plat.	Remplacez la pile avec une seule pile « 1/2 AA » de 3,6 V au lithium. En vente sur le site www.Homedics.ca
L'écran est à l'envers.	L'angle d'orientation de l'écran doit être ajusté.	Appuyez sur le bouton multidirectionnel pendant 2 secondes et l'écran tournera de 180°.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Échelle de mesure	
Saturation	70-99 %
Pouls	de 40 à 250 bpm
Résolution	1 chiffre
Précision	
Saturation (70-99 %)	±2 % ou ± 2 chiffres
Pouls	±3 % ou ± 3 chiffres
AFFICHAGE	
SATURATION	2 caractères
Pouls	3 caractères
Signaux indicateurs	icône d'un coeur clignotant, capteur « éteint » et signal de puissance de la pile - presque à plat.
Alimentation	Pile « AA 1/2 » de 3,6 V au lithium
Durée de la pile	Hjusqu'à 300 heures
Certaines composantes de type BF	Mesures ponctuelles, aucune alarme

Pour l'entretien ou la réparation, ne présentez pas cet appareil à votre détaillant. Contactez le service à la clientèle HoMedics au :

HOMEDICS®

HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road.
Unit C
Mississauga, Ontario,
Canada L5T 2X4

8 h 30 à 17 h 00
HNE
Lundi au vendredi

Sans frais:
1-888-225-7378

Télec : 416-785-5862

courriel :
cservice@homedicsgroup.ca

www.homedics.ca

Imprimé en Chine

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

HoMedics vend ses produits et s'engage à les garantir de tout défaut de fabrication ou de main-d'œuvre pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat originale, sauf exceptions mentionnées ci-dessous. HoMedics garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre si le produit a été utilisé de manière normale. Cette garantie s'adresse uniquement aux consommateurs et n'est pas valide pour les détaillants.

Pour obtenir un service couvert par la garantie, postez le produit et votre reçu d'achat (en tant que preuve d'achat), franco de port, à l'adresse suivante :

HoMedics Group Canada 6460 Kennedy Road. Unit C. Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4

Aucun C.R. ne sera accepté.

HoMedics n'autorise personne, y compris, sans s'y limiter, les détaillants, les acheteurs ultérieurs du produit à partir d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à contraindre HoMedics d'une quelconque façon au-delà des modalités décrites dans la présente. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive; un accident; l'ajout de tout accessoire non autorisé; l'altération du produit; une installation inadéquate; une modification ou une réparation non autorisée; le mauvais usage de l'alimentation électrique; la perte de courant; un produit échappé; un mauvais fonctionnement ou un dommage d'une partie ou de la totalité de l'appareil en raison du non-respect des recommandations d'entretien fournies par le fabricant; des dommages causés lors du transport; le vol; la négligence; le vandalisme; les conditions environnementales; la perte de l'utilisation lorsque l'appareil est en réparation ou en attente d'une pièce ou d'une réparation; ou toute autre condition possible qui est hors du contrôle de HoMedics. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été acheté et utilisé au pays dans lequel le produit a été acheté. La garantie ne couvre ni un produit nécessitant des modifications ou une adaptation afin qu'il puisse fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel le produit a été conçu, fabriqué, approuvé ou autorisé, ni la réparation d'un produit endommagé par ces modifications.

LA GARANTIE OFFERTE DANS LA PRÉSENTE CONSTITUE UNE GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE DE LA QUALITÉ MARCHANDE DE L'ADAPTATION OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE L'ENTREPRISE AU SUJET DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HOMEDICS N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUT INCIDENT, TOUTE CONSÉQUENCE OU TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, EN TOUT CAS. CETTE GARANTIE NE COUVRE D'AVANTAGE QUE LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION D'UNE OU PLUSIEURS PIÈCES CONSIDÉRÉES DÉFECTUEUSES DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA OFFERT. SI LES PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU LEU DE LE RÉPARER OU DE LE REMPLACER.

Cette garantie ne couvre pas l'achat d'un produit ouvert, utilisé, réparé, ou réemballé, y compris, sans s'y limiter, la vente d'un tel produit sur des sites Internet de ventes ou la vente d'un tel produit par des revendeurs en bloc ou de surplus. Toute garantie devient immédiatement invalide et est annulée lorsqu'un produit ou une pièce est réparé, remplacé, altéré ou modifié sans l'autorisation expresse et écrite de HoMedics.

Cette garantie vous procure des droits spécifiques. Il est possible que vous ayez des droits supplémentaires, lesquels peuvent changer d'un pays à l'autre. En raison des réglementations propres à chaque pays, il se peut que certaines des limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à vous.

Pour plus d'information au sujet de nos produits au Canada, veuillez visiter le www.homedics.ca

©2018 HoMedics USA, LLC Tous droits réservés.
HoMedics est une marque déposée de HoMedics USA, LLC.
PX-130 oxymètre de pouls
IB-PX130
Pièce no 90380000
No cat 10387901


HOMEDICS®

Oxímetro de Pulso de Lujo

ACERCA DE LOS OXÍMETROS DE PULSO

Este oxímetro de pulso utiliza la tecnología Optimetrix™, que utiliza la tecnología revolucionaria de sensor óptico para medir los niveles de saturación del oxígeno en la sangre (SpO₂%) y el pulso. Al colocar el dedo dentro del manguito y presionar un botón una vez, este dispositivo enviará luces rojas e infrarrojas a la piel para recopilar datos y mostrar el nivel de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca.

NOMBRE/FUNCIÓN DE CADA PIEZA



Other Accessories Included:

- 1 batería de litio "1/2 AA" (incluida en la unidad)
- Bolsa para guardado
- Cordón

Nota: Si cambia la orientación de la pantalla, la frecuencia del pulso se mostrará en la parte superior cerca del icono de la frecuencia del pulso y el nivel de oxígeno en la sangre se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

EXPLICACIONES DE LA PANTALLA

	Indicador de Sensor Desactivado: Aparece cuando se ha retirado el dedo del manguito para el dedo.
	Símbolo de Batería Baja: Destella cuando se debe reemplazar la batería.
	Frecuencia Cardíaca: Muestra la frecuencia cardíaca por minuto.
SpO₂	Indicador de SpO₂: Indica el valor correspondiente al nivel de saturación de oxígeno en sangre en una escala del 70 % al 99 %.
	Calcular: El dispositivo está midiendo la cantidad de oxígeno en la sangre (SpO ₂ %).

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

1. El compartimiento de la batería está ubicado en la parte superior de la unidad. Retire la tapa del compartimiento de la batería presionando hacia abajo y deslizándola. (Fig. 1)
2. Coloque o reemplace la batería según el indicador de polaridad ubicado en el interior del compartimiento. Use solamente baterías de litio tamaño "1/2 AA" de 3,6 V. (Fig. 2)
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería insertándola nuevamente en su lugar. (Fig. 3)

Reemplace la batería si:

- El símbolo de batería baja aparece en la pantalla.
- No aparece nada en la pantalla después de que se introduce el dedo dentro del manguito y se presiona el botón.

Nota: Las baterías son desechos peligrosos. No las deseche junto con la basura del hogar.



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Si usted está usando este pulsioxímetro por primera vez, retire la película protectora de la pantalla y quite la lengüeta que se encuentra en la puerta del compartimiento de la batería.

1. Sostenga el oxímetro de pulso de manera que la imagen de la uña del dedo en el manguito mire hacia arriba.
2. Coloque suavemente cualquier dedo dentro del manguito como se muestra en el diagrama (Fig. A). Presione levemente los costados del manguito para ayudar a introducir el dedo.
3. Dé vuelta la mano para que la pantalla LCD quede ahora mirando hacia usted y el dedo apunte hacia arriba (Fig. B).
4. Presione el **Botón Multidireccional** para iniciar las lecturas (Fig. C).
5. Mantenga el oxímetro de pulso en posición vertical para permitir las lecturas.
6. Para cambiar la dirección de la pantalla LCD 180°, presione el **Botón Multidireccional** durante un máximo de dos (2) segundos.

Nota:

- La intensidad de la señal debe ser mayor que una barra para indicar una lectura correcta (Fig. D).
- En caso de intensidad de señal débil, cambie de dedo y/o de mano y vuelva a intentar.
- Para obtener la mayor precisión, limite el movimiento de la mano durante la medición.
- Cuando se retire el dedo del manguito, el oxímetro de pulso se apagará después de 10 segundos.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D

AVISOS IMPORTANTES DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Si bien las lecturas obtenidas de este dispositivo deben tomarse a modo de referencia solamente, Mayo Clinic (<http://www.mayoclinic.com/health/hypoxemia/MY00219>) sugiere que, en la mayoría de las circunstancias, las lecturas normales deben estar comprendidas entre el 95 % y el 100 %. Las lecturas que se encuentran por debajo del 90 % se consideran bajas.
- Este es un producto de cuidado de la salud solamente para uso doméstico y por lo tanto está diseñado únicamente para uso deportivo y recreativo. No está diseñado para sustituir los consejos de un médico ni de un profesional médico.
- Las lecturas de este oxímetro de pulso son únicamente para referencia. Consulte a un profesional de la salud para conocer la interpretación de las mediciones del oxímetro de pulso. Comuníquese con un médico si tiene algún problema médico o sospecha que lo tiene. No cambie sus medicinas sin el consejo de su médico o profesional de la salud.
- La pantalla de pulso no es adecuada para verificar la frecuencia de marcapasos.
- Use el oxímetro de pulso solamente con el objetivo para el cual fue diseñado.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños. Las piezas pequeñas, como la batería y la tapa del compartimiento de la batería, podrían ser peligrosas si se tragan.
- El cordón podría provocar estrangulamiento si se enrosca alrededor del cuello.
- Este oxímetro de pulso no debe usarse donde se requieren alarmas cuando se toman mediciones.
- Para obtener la mayor precisión en la medición del nivel de oxígeno en la sangre, espere 10 minutos después de hacer ejercicio, bañarse, comer, consumir bebidas con alcohol o cafeína, o fumar.
- Use solamente baterías de litio "1/2 AA" de 3,6 V como fuente de energía.
- Si el producto se daña de alguna manera, incluida la visualización borrosa de la pantalla LCD, comuníquese con Relaciones con el Consumidor de HoMedics al 1-800-466-3342.
- No use teléfonos celulares ni otros dispositivos que producen radiofrecuencia cerca del dispositivo en funcionamiento, ya que puede interferir con el funcionamiento correcto del oxímetro de pulso.
- Este producto no es apto para ser usado por personas menores de 18 años.

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Use un hisopo de algodón con solución de alcohol isopropílico (70%) para limpiar el interior del manguito para el dedo o la parte exterior de la unidad.
- NO use ningún otro líquido o aerosol en el oxímetro para limpiarlo.
- En condiciones de uso normal, este dispositivo no necesita calibración ni mantenimiento técnico además del reemplazo poco frecuente de la batería.
- Las baterías con pérdidas pueden dañar la unidad. Extraiga la batería si la unidad no se va a utilizar por un período prolongado.
- Este producto debe usarse únicamente en los dedos.
- NO desarme este dispositivo. Si necesita reparación, consulte la sección de la garantía de este manual.
- NO use el producto si el manguito para el dedo cambia de color o no queda ajustado al dedo.
- NO exponga este dispositivo a golpes extremos (no lo deje caer al suelo).
- NO lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO sumerja la unidad en agua ya que puede dañarla.
- NO exponga este dispositivo a temperaturas extremas, humedad o a la luz solar directa. Protéjalo del polvo.
- Si la unidad se guarda cerca de lugares fríos, permita que se adapte a la temperatura ambiente antes de usarla.
- Este monitor puede no cumplir con sus especificaciones de funcionamiento si se guarda o se utiliza fuera de los siguientes rangos de temperatura y humedad:

Ambiente para guardar	Ambiente de funcionamiento
Temperatura	Temperatura
-20 °C a 70 °C (-4°F a 158 °F)	4 °C a 42 °C (39°F a 107 °F)
Humedad: menos de 95% sin condensación	Humedad: menos de 95% sin condensación

DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguna anomalía durante el uso, verifique los siguientes puntos:

SÍNTOMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
No aparece el pulso ni SpO ₂ .	La posición del dedo no es correcta.	Vuelva a colocar el dedo en la posición correcta y mida nuevamente.
El oxímetro de pulso no se enciende.	Se ha agotado la batería.	Reemplace la batería por una batería de litio "1/2 AA" de 3,6 V.
La orientación de la pantalla está invertida.	Es necesario ajustar el ángulo de visualización.	Presione el Botón Multidireccional durante un máximo de 2 segundos y la pantalla girará 180°.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Effective Measuring Range	
Saturación	70 a 99%
Pulso	40 a 250 bpm
Resolución	1 dígito
Precisión	
Saturación (70% a 99%)	±2% o ±2 dígitos
Pulso	±3% o ±3 dígitos
Pantalla	
Saturación	2 caracteres
Pulso	3 caracteres
Indicaciones de señal:	Ícono de corazón parpadea, sensor desactivado e intensidad de señal, indicación de batería casi agotada
Requisitos de energía	Batería de litio tamaño "1/2 AA" de 3,6 V
Vida útil de la batería	Hasta 300 horas
	Piezo aplicada tipo BF
	Detener medición sin alarmas

No devuelva esta unidad al distribuidor para obtener servicio o reparación. Comuníquese con Relaciones con el Consumidor de HoMedics en:

Correo electrónico: cservice@homedics.com

Teléfono:
1-800-466-3342
Horario comercial:
8:30 a. m. a 7 p. m.
hora del este
De lunes a viernes

Distribuido por
HOMEDICS®

HoMedics, LLC
3000 N Pontiac Trail
Commerce
Township, MI
48390

Impreso en China

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de dos años a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a minoristas.

Para obtener servicio del producto HoMedics en garantía, comuníquese con un representante de Relaciones con el consumidor llamando al 1-800-466-3342 para obtener asistencia. Asegúrese de tener a mano el número de modelo del producto.

HoMedics no autoriza a ninguna persona, incluidos, entre otros, minoristas, posteriores consumidores, compradores del producto a un minorista o compradores remotos, a obligar a HoMedics de ninguna otra forma más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación inadecuada; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad; cortes de energía; salida del producto del mercado; funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante; daños durante el transporte; robo; descuido; vandalismo; condiciones climáticas; pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación; baterías de repuesto o cualquier otra condición, sin importar tal sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics. Esta garantía es válida solamente si el producto se compra y se utiliza en el país en que se compra. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier otro país que no sea aquel para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado; o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto en esta garantía.

LA GARANTÍA QUE SE PROPORCIONA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO EXISTIRÁN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PIEZA O PIEZAS QUE SE DETERMINE QUE TIENEN DEFECTOS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE ENTREGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES DEL PRODUCTO EN LUGAR DE REPARAR O CAMBIAR PIEZAS.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, vueltos a empacar y/o vueltos a sellar, que incluyen, entre otras cosas, la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que se haya reparado, cambiado, alterado o modificado sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de ciertos estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones mencionadas arriba no se apliquen en su caso.

Para obtener más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE. UU., visítenos en: www.homedics.com.

©2018 HoMedics, LLC. Todos los derechos reservados. HoMedics es una marca registrada de HoMedics, LLC. Oxímetro de pulso – PX-130

IB-PX130
N.º de pieza: 90380000
N.º de cat. 10387901